



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab Transporter

Anvendelse

Max 325 kg

Brugervejledning

Bruges til

- Bariatriske brugere på fx hospitaler og institutioner.




Brugervejledning for XXL-Rehab Transporter

ADVARSEL

XXL-Rehab Transporter må ikke bruges uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af kørestolen. Ved forkert betjening kan brugeren komme til skade.

Bruges XXL-Rehab Transporter til brugere, der vejer mere end den maksimale brugervægt (325 kg), øger det risikoen for at ødelægge kørestolen.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før XXL-Rehab Transporter tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med .

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på kørestolen eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af XXL-Rehab Transporter.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

Indikationer



Kørestolen er ikke konfigureret til passagertransport i motorkøretøj.

Brugervægt maks.	325 kg
Sædebredde med standard armlæn	71 cm
Total bredde med standard armlæn	78 cm
Sædedybde	56 cm
Sædehøjde	55 cm
Brandhæmmende sæde	Ja
Ryghøjde	48 cm
Afstand fra sæde til fodstøtter	40-42-44-46-48 cm
Fodstøtter breddejusterbare (totalbredde)	58-110 cm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	1 m
Afstand mellem armlæn	54 cm
Højde på fodstøtter	40-48 cm
Afstand fra gulv til underside af sæde	44,5 cm
Total længde	129 cm
Vægt	30 kg
Hjul	Ø125 mm, faste
Drivhjul	24" faste, punkterfrie, med parkeringsbremse
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Fodstøttebelægning	PU skum
ISO - klassifikation	ISO 09 12 03
UDI DI	5740000102803
Grundlæggende UDI DI	5740000100009NC
Risikoklasse	I
Forventet holdbarhed	5 år
Hjælper skal fysisk og mentalt kunne betjene kørestolen sikkert (fx drive, styre og bremse den)	Ja
Temperatur (opbevaring og betjening)	-10° C til 60° C
Kørestolens overfladetemperatur kan stige, hvis den udsættes for høj varme (fx kraftigt sollys over en længere periode). Kørestolens dele kan underafkøles ved ekstrem kulde.	Ja
Destabiliseres kørestolen, hvis kurven under sædet fjernes?	Nej
Er kørestolen uden bruger egnet til land- og lufttransport?	Ja
Produceret i overensstemmelse med	DS/EN 12182:2000
Brugervejledningen findes i PDF-form og kan skaleres op til læsbar størrelse for synsnedsatte personer	Ja

Anvendelse

XXL-Rehab Transporter er designet til nem indendørs transport, fx på hospitaler og bariatriske afdelinger. Kørestolen er desuden vedligeholdelsesfri og nem at desinficere.

⚠ Bruges XXL-Rehab Transporter af brugere, der vejer mere end 325 kg, kan kørestolen vælte eller gå i stykker.

Beskrivelse

Udgangspunktet for designet har været nem adgang og sikkerhed for både bruger og plejepersonale. De 24" store drivhjul gør stolen nemmere og mere retningsstabil at køre med for plejepersonalet. Kørestolen er udstyret med en kurv, som brugerens ejendele kan ligge i under transport.

Bred indvendig og smal udvendig

XXL-Rehab Transporter har en sædebredde på 71 cm med et 5 cm højt skumsæde og en 7 cm åbning mellem sæde og armlæn. Åbningen betyder, at vævet kan stikke ud her.

Robuste fodstøtter

Fodstøtterne kan bære op til 100 kg hver og kan indstilles i både højden og i bredden, op til et ydre mål på 110 cm.

Det store ydre mål gør, at brugere med meget væv på inder-siden af lårene også kan bruge XXL-Rehab Transporter.

Funktionelle armlæn

De to armlæn på XXL-Rehab Transporter har en længde på 64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladerne. Det gør det nemmere for den bariatriske bruger at få fat på armlænet med hænderne og sætte sig i kørestolen. Bariatriske brugere kan på grund af vævshæmning have svært ved at få fat i almindelige armlæn, når de skal sætte sig. Derfor er XXL-Rehab Transporter udstyret med ekstra lange armlæn.

Armlænene er aftagelige og kan svinges ud til siden.

Ryglæn med frihøjde

Under ryglænet er der frihøjde ned til sædet på 32 cm, som gør, at vævet i glutealregionen kan stikke bagud. Det betyder bedre støtte i ryggen for den bariatriske bruger.

Håndbrems

Kørestolen er udstyret med to håndbrems, én på hver side. Håndbremsene sidder på den øverste ramme. Bremsen aktiveres med hånden og kan tilgås af både bruger og plejepersonale.

Kørestolen skal altid være bremsset ved ind- og udstigning.

Før brug

Armlænene sættes i holderne på siden af XXL-Rehab Transporter.

Bredden af fodstøtterne kan justeres gradvist. Låseboltene under fodstøtterne skal altid monteres korrekt i fodstøttens holder og må ikke fastgøres til fodstøtterne uden for holderne.

⚠ Lad aldrig brugeren sidde i kørestolen, hvis ikke armlænene er sat på. Placering i en kørestol uden armlæn kan medføre et fald fra siden af kørestolen.

Under brug

⚠ Kørestolen kan vælte, hvis fodstøtterne bruges som platform under forflytninger.

⚠ Klemmerisiko

- Påsætningen af armlænene, mens brugeren sidder på XXL-Rehab Transporter kan medføre, at brugeren bliver klemt mellem armlæn og den anden side af kørestolen.
- Der er en risiko for at brugeren kan få klemt sin fod mellem fodstøtterne, hvis låsebolten er ikke monteret korrekt i fodstøttens holder.

⚠ Kørestolen må kun bruges på plant, hårdt underlag, da den ellers kan vælte.

⚠ Begge hjul skal være låst, når brugeren sætter sig i kørestolen. Hjulene låses op, når bruger og kørestol er klar til transport.

Vedligeholdelse og rengøring

Kørestolens stel, sæde og armlæn kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Skal sædes desinficeres, kan det fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm. Sørg for at fastgøre sædet korrekt efter endt desinficering.

Kontrollér regelmæssigt alle bolte og møtrikker. Spænd dem om nødvendigt.

 Manglende kontrol af boltene som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på miljøforsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.

Garanti

Cobi Rehab garanterer, at XXL-Rehab Transporter er fejlfri, når den leveres.

Skulle der mod forventning være mangler eller skade på XXL-Rehab Transporter ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for XXL-Rehab Transporter er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at XXL-Rehab Transporter er blevet håndteret på en u hensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.



XXL-Rehab Transporter med drivhjul er produceret og testet i overensstemmelse med den internationale DS/EN 12182:2000 standard.

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO C029, C132 samt C182.



PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
cobirehab.com