

Rekonditioneringsanvisningar Tumle Dentalkuddar

Denna bruksanvisning avser Tumle Dentalkudden och tillbehör med artikelnummer som börjar med 0319-. Artikelnumret finns angivet på produktetiketten.

FÖRSTA KONTROLL

Börja alltid med att kontrollera att kudde och överdrag är hela och ej uppvisar områden som är slitna och därmed försvagade.

RENGÖRING

För rengöring torkas innerkudden av med vanligt förekommande rengöringsmedel, t ex handdiskmedel. Kudden får inte sänkas ner i vatten. Var uppmärksam på att inte använda desinfektionsmedel eller rengöringsmedel som har ett PH värde över 11,4. Använd ej lösningsmedel eller produkter innehållande lösningsmedel.

OBS: Kuddens fyllning smälter vid 71 grader Celsius.

Ekoöverdraget kan maskintvättas upp i 60 grader Celsius och torktumlas på låg värme.

Hygienöverdraget tål tvätt och torktumling upp till 95 grader Celsius och alla industriella tvättmedel. Använd INTE sköljmedel. Hygienöverdraget har en beläggning för att stå emot väta. Vid maskintvätt rekommenderas att man tvättar tillsammans med textilier utan denna beläggning vilket sørjer för tillräcklig transport av vatten.

DESINFEKTION

Desinfektion på innerkudde och hygienöverdrag sker med vanligt förekommande desinfektionsmedel innehållande tensider, t ex Ytdesinfektion eller Virkon. Det är viktigt att ytan bearbetas (gnuggas) för bästa effekt. Kontrollera desinfektionsmedlets egna rekommendationer gällande handhavande. Var uppmärksam på att inte använda desinfektionsmedel som har ett PH-värde över 11,4. Använd ej lösningsmedel eller produkter innehållande lösningsmedel.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Utöver vanlig rengöring, kräver kuddarna inget särskilt underhåll. Kuddarna förvaras torrt och i rumstemperatur. Undvik att kuddarna kommer i kontakt med skarpa kanter som kan riva håll på kudden. Undvik direkt solljus under långa tider.

AVFALLSHANTERING

Kuddarna slängs som vanligt hushållsavfall (brännbart).

KONTAKTUPPGIFTER

TUMLE kudden distribueras i Sverige av Cobi Rehab AB.

Cobi Rehab AB
C/o Caféet
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Telefon: 08-702 97 74
E-post: info@cobirehab.se
Hemsida: www.cobirehab.se